



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E MATERIAIS

REQUISIÇÃO PARA CONTRATAÇÃO - NUMERO 00841/2020

Folha 1

1. TIPO DE CONTRATAÇÃO

1	FORNEC.BENS-EQUIP.MATERIAL PERMANENTE
---	---------------------------------------

2. UNIDADE REQUISITANTE

Código da Unidade SS.41.40.000	Unidade Requisitante e Gerenciadora SECAO DE LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE	Data de Emissão 11/08/2020
-----------------------------------	--	-------------------------------

3. REFERÊNCIA

Assunto AQUISICAO DE CAMARA VACINA - LABORATORIO	Valor Total da Despesa 15.292,00
---	-------------------------------------

4. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Reduzida	Dotação Orçamentária	SubElemento	P/A	Cód.Aplicação	Recurso Financeiro	Valor da Despesa
1984-5	09.090.4.4.90.52.00.10.122.0030.1175.02	08	7123/2020	312-00002	SSACOES	15.292,00
OUT 15.292,00						

5. CONTATO

Responsável MARLI AMADA	E-Mail marli.piccagli@saobernardo.sp.gov.br	Telefone 2630-6269	Ramal 6269
Local de Entrega AV. SENADOR VERGUEIRO 1751 CENTRO SBCAMPO			

6. OBJETO

Item	Material	Grupo	Quantidade	Unidade	Valor Unidade	Valor Total
1	7F05501045-6	65-56	1,0000	PECA	15.292,0000	15.292,00

CAMARA VERTICAL PARA CONSERVACAO DE VACINAS, PORTA TIPO CEGA, CAPACIDADE INTERNA MINIMA DE 420 LITROS VOLTAGEM 127VOLTS, COM ATÉ 7 (SETE) GAVETAS INDIVI DUAIS E COM TAMPAS, COM TRILHOS DESLIZANDES, ISOLA CAO TERMICA EM POLIURETANO EM TODAS AS PAREDES,RE- FRIGERACAO PARA USO EM BAIXAS, TEMPERATURAS LIVRE DE CFC,PAINEL DE CONTROLE FRONTAL,CONTROLADOR ELETRONICO, MICROPROCESSADOR PRE-CALIBRADO EM 5°C , COM LEITURA DIGITAL DE TEMPERATURA E SENSORES INDEPENDENTES PARA LEITURA, ALARME AUDIOVISUAL DE TEMPERATURA EM 8°C OU MAIOR OU IGUAL AO PROGRA- MADO, EM 2°C MAIOR OU IGUAL AO PROGRAMADO E DE POR TA ABERTA MAIOR OU IGUAL QUE UM MINUTO, KIT FALTA DE ENERGIA,COR BRANCA,COM CERTIFICACAO DE BOAS PRA TICAS DE FABRICACAO. * **GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. * DECLARAR MARCA. DECLARAR MODELO. APRESENTAR AMOSTRA OU CATALOGO, EM CASO DE LICITACAO, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA. EM SE TRATANDO DE LICITACAO ELETRONICA APRESEN- TAR CATALOGO E O(S) CERTIFICADO(S), QUANDO ESPE CIFICADOS NAS EXIGENCIAS PARA O ITEM OFERTADO, NA FASE DE NEGOCIACAO/ACEITABILIDADE/HABILITA- CAO. CASO SEJA SOLICITADO PELO PREGOEIRO, DEVERAO SER APRESENTADOS NO PRAZO ESTABELECIDO NO EDI- TAL, CONTADOS A PARTIR DA SOLICITACAO. DECLARAR O NUMERO DO CERTIFICADO DE REGISTRO OU ISENCAO, JUNTO AO MINISTERIO DE SAUDE, CONFORME CLAUSULA CONTIDA NO EDITAL DE LICITACAO. EM CA- SO DE LICITACAO, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA E,EM CASO DE COTACAO ELETRONICA, INFORMAR O NUMERO DE REGISTRO OU A ISENCAO NO CAMPO APROPRIADO. SERAO ANALISADAS AS AMOSTRAS OU CATALOGOS QUE, ESTANDO EM DESACORDO COM AS ESPECIFICACOES, EN- SEJARAO NA DESCLASSIFICACAO DA PROPOSTA/LANCE. DENTRE AS CONSIDERADAS CLASSIFICADAS, O CRITE- RIO ADOTADO SERA O DE MENOR PRECO.

7. COMPLEMENTO

8. DESTINAÇÃO

Item	Quantidade	Destino	Unidade
1	1,0000	SS.41.40.000	SS-414 - SECAO DE LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA

9. JUSTIFICATIVA

para atendimento ao Laboratório Municipal de Saude para coleta de materiais nas unidades de saúde para realização de testes COVID19, em atendimento ao Programa Diagnosticar.

Digitado por: 014773 MARLI AMADA DE SOUZA PICCAGLI

10. ASSINATURAS

Autorizo atuar e licitar na forma da lei, conforme disposto no artigo 1º do Decreto nº 20.128/2017.

DR. GERALDO REPLE SOBRINHO
SECRETARIO DE SAUDE



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Saúde

Rua Joao Pessoa 59 – Centro – São Bernardo do Campo – tel (11) 2630-6269

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

Especificações Técnicas dos Itens e suas Quantidades

I – OBJETO:			
Item	Quant.	Unid.	Fonte de Recurso
01	01	PEÇAS	RECURSO CARLA MORANDO
CAMARA DE VACINA – 7F055010456			
CAMARA VERTICAL PARA CONSERVACAO DE VACINAS, PORTA TIPO CEGA, CAPACIDADE INTERNA MINIMA DE 420 LITROS VOLTAGEM 127VOLTS, COM ATÉ 7 (SETE) GAVETAS INDIVI DUAIS E COM TAMPAS, COM TRILHOS DESLIZANDES, ISOLACAO TERMICA EM POLIURETANO EM TODAS AS PAREDES,REFRIGERACAO PARA USO EM BAIXAS, TEMPERATURAS LIVRE DE CFC,PAINEL DE CONTROLE FRONTAL,CONTROLADOR ELETRONICO, MICROPROCESSADOR PRE-CALIBRADO EM 5°C , COM LEITURA DIGITAL DE TEMPERATURA E SENSORES INDEPENDENTES PARA LEITURA, ALARME AUDIOVISUAL DE TEMPERATURA EM 8°C OU MAIOR OU IGUAL AO PROGRAMADO, EM 2°C MAIOR OU IGUAL AO PROGRAMADO E DE PORTA ABERTA MAIOR OU IGUAL QUE UM MINUTO, KIT FALTA DE ENERGIA,COR BRANCA,COM CERTIFICACAO DE BOAS PRACTICAS DE FABRICACAO. * **GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. A : DECLARAR MARCA. B : DECLARAR MODELO. C : APRESENTAR AMOSTRA OU CATALOGO, EM CASO DE LICITACAO, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA. EM SE TRATANDO DE LICITACAO ELETRONICA APRESENTAR CATALOGO E O(S) CERTIFICADO(S), QUANDO ESPECIFICADOS NAS EXIGENCIAS PARA O ITEM OFERTADO, NA FASE DE NEGOCIACAO/ACEITABILIDADE/HABILITACAO. CASO SEJA SOLICITADO PELO PREGOEIRO, APRESENTAR AMOSTRA NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS UTEIS. D : DECLARAR O NUMERO DO CERTIFICADO DE REGISTRO OU ISENCAO, JUNTO AO MINISTERIO DE SAUDE, CONFORME CLAUSULA CONTIDA NO EDITAL DE LICITACAO. EM CASO DE LICITACAO, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA E,EM CASO DE LICITACAO ELETRONICA, INFORMAR O NUMERO DE REGISTRO OU A ISENCAO NO CAMPO APROPRIADO. E : SERAO ANALISADAS AS AMOSTRAS OU CATALOGOS QUE, ESTANDO EM DESACORDO COM AS ESPECIFICACOES, ENSEJARAO NA DESCLASSIFICACAO DA PROPOSTA/LANCE. DENTRE AS CONSIDERADAS CLASSIFICADAS, O CRITERIO ADOTADO SERA O DE MENOR PRECO			
II – GARANTIA -			
12 MESES DE GARANTIA			
III – EMBALAGEM			
3.1 - Os produtos deverão ser acondicionados de acordo com a praxe do fabricante, garantindo sua integridade durante o transporte, armazenamento até o uso. Rotulados conforme a legislação em vigor.			
IV – ENTREGA			
4.1 - Prazo de Entrega e Vigência: até no máximo 30 (trinta) dias corridos a contar da data do recebimento do termo de Contrato. Os prazos deverão ser rigorosamente respeitados.			
4.2 – Local de Entrega do (S) Equipamento (s): ALMOXARIFADO CENTRAL Av. senador Vergueiro, 1751 Das: das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h			
4.2.1 Local de Destino			
Laboratório Municipal de Saude Publica			
4.3. Os equipamentos, deverão acompanhar uma via do manual de usuário (operação) em língua portuguesa e uma via dos manuais de serviço/técnico/revisão compreendendo os esquemas elétricos, eletrônicos, mecânicos e procedimentos de calibração necessários para execução de revisão posterior.			

SS-6, em 06 de agosto de 2020.



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Saúde

Rua Joao Pessoa 59 – Centro – São Bernardo do Campo – tel (11) 2630-6269

ANEXO

1. A licitante que ofertou o menor valor deverá apresentar no prazo de 05 (cinco) dias úteis os seguintes documentos de qualificação técnica:
 - a) catálogos originais, contendo figuras e especificações técnicas do equipamento a ser fornecido ou declarações do fabricante, ou quaisquer outros documentos que comprovem claramente todas as funcionalidades e características técnicas do produto solicitado, no idioma português, bem como, marca e modelo do produto cotado em conformidade com as especificações constantes no Edital;
 - b) - Declaração da Licitante, aonde caso venha a vencer o certame:
 - b.1 – que fornecerá uma via do manual de usuário (operação) em língua portuguesa e uma via dos manuais de serviço/técnico/manutenção do equipamento ofertado, compreendendo os esquemas elétricos, eletrônicos, mecânicos e procedimentos de calibração necessários.
 - b.2 - que se compromete a ministrar treinamentos operacionais e técnicos, sempre que necessário, conforme periodicidade a ser pactuada com a Secretaria Municipal da Saúde, para o perfeito funcionamento do (s) equipamento (s). Os treinamentos serão realizados durante o período da garantia, no local da instalação do equipamento, sem custo adicional para o CONTRATANTE.
2. A análise e eventual desclassificação de propostas comerciais serão baseadas nos catálogos originais ou declarações do fabricante apresentados pela licitante menor preço ou ainda com base no manual do equipamento disponível no site da ANVISA, conforme RDC 185.
3. Atestado(s), expedido(s) por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, em nome da licitante, que comprove a execução, para quaisquer das entidades mencionadas neste item, de serviços similares ao objeto desta licitação.
 - 3.1. A comprovação de fornecimento mencionado neste item poderá ser feita mediante apresentação de 01 (um) ou mais atestados referentes a um único ou a diversos contratos.
 - 3.2. O(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica (Técnico Operacional) deverão ser elaborado(s) em papel timbrado e/ou conter carimbo oficial do CNPJ, contemplando as informações detalhadas do(s) fornecimento(s) ou serviço(s) prestado(s), sendo assinado(s) e com identificação do nome, cargo ou função do(s) emitente(s), estando sujeito(s) à faculdade prevista no § 3º do artigo 43 da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações.
4. Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitida pela ANVISA. No caso de equipamentos importados, deverá ser apresentado um certificado de boas práticas equivalente do país de origem, desde que traduzido de forma juramentada.

EMPRESA: DATAMED LTDA
CNPJ:
E-MAIL: COMERCIAL@datamedweb.com.br
CONTATO: VANDERLEI
TELEFONE: (31)2102-9000

EMPRESA: LOUCCUS
CNPJ:
E-MAIL: vendas@loccus.com.br
CONTATO:
TELEFONE: (11) 5514-3290

EMPRESA: SOLAB
CNPJ:
E-MAIL: VENDAS1@SOLABCIENTIFICA.COM.BR
CONTATO:

EMPRESA: OLIDEF CNPJ:
E-MAIL: LICITACAO@OLIDEF.COM.BR
CONTATO:
TELEFONE:

EMPRESA: CLEANMEDICAL
CNPJ:
E-MAIL: Comercial7@cleanmedical.com.br
CONTATO:

EMPRESA: QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS
CNPJ:
E-MAIL: vendas@quimis.com.br
CONTATO:
TELEFONE:

EMPRESA: PROLAB MATERIAIS DE LABORATORIOS
CNPJ:
E-MAIL: VENDAS@PROLAB.COM.BR
CONTATO:
TELEFONE:

EMPRESA: PROANALISE
CNPJ:
E-MAIL: VENDAS25@PRO-ANALISE.COM.BR
CONTATO:
TELEFONE:

EMPRESA: BECHKAMN COULTER
CNPJ:
E-MAIL: SFRANZON@BECHKAMN.COM.BR
CONTATO:
TELEFONE:

EMPRESA: SOMED
CNPJ:
E-MAIL: comercial@somedsantos.com.br
CONTATO:
TELEFONE:

EMPRESA: BIOMED TECH
CNPJ:
E-MAIL: vendas@biomedtech.com.br
CONTATO:
TELEFONE:

EMPRESA: BUNKER COMERCIAL
CNPJ: 03.213.418/0001-75 E-MAIL:
VENDAS@BUNKER.IND.BR
CONTATO:
TELEFONE:

EMPRESA: LABOAR
CNPJ: 07.011.184/0001-34
E-MAIL: LABOARLTDA@YAHOO.COM.BR
CONTATO:
TELEFONE:

EMPRESA: PRIME CIRURGICA
CNPJ: 27.376.022/0001-07
E-MAIL vendas@cirurgicaestilo.com.br
CONTATO:
TELEFONE:

EMPRESA: DUBESSER
CNPJ: 35.778.516/0001-46 E-MAIL
contato@dubesserlab.com.br
CONTATO:
TELEFONE:

EMPRESA: CASPEX
CNPJ:
E-MAIL: CASPEX.COMERCIAL@GMAIL.COM
CONTATO:
TELEFONE:

EMPRESA: INDREL SCIENTIFIC CNPJ:
E-MAIL: INDREL@INDREL.COM.BR
CONTATO:
TELEFONE:

EMPRESA: FORLAB EXPRESS
CNPJ:
E-MAIL: info@forlabexpress.com.br
CONTATO:
TELEFONE:

EMPRESA: DIDATICA SP CNPJ:
E-MAIL: vendas2@didaticasp.com.br
CONTATO:
TELEFONE: (11) 99002-2966

EMPRESA: SULLAB DIAGNOSTICOS
CNPJ:
E-MAIL: sullab@sullab.com.br
CONTATO:
TELEFONE:

EMPRESA: SISPACK MEDICAL
CNPJ:
E-MAIL: SISPACK MEDICAL clarissa@sispack.com.br
CONTATO:
TELEFONE:

PROPOSTA TÉCNICA/COMERCIAL

Santa Rosa-RS, 10 de Agosto de 2020.

CLIENTE: SECRETARIA DE SAÚDE SÃO BERNARDO DO CAMPO

E-MAIL: marli.piccagli@saobernardo.sp.gov.br

CIDADE/UF: SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP

CONTATO: MARLI PICCAGLI

CNPJ: 46.523.239/0001-47

IE: ISENTO

DEPTO:

TELEFONE: (11) 2630 - 6232

Nº PROPOSTA: 2454/2020

REF PROJETO: COMPRA DIRETA - COVID19

CONSULTOR DE VENDAS: GIÃ - VENDAS@BIOTECNO.COM.BR – TEL: (55)3513-0686 | 3511-4733

Item	MODELO/DESCRIÇÃO	Qty.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
01	<p>MODELO: BT-1100.420 VC - CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MEDICAMENTOS, ONCOLÓGICOS, TERMOLÁBEIS</p>  <p>GABINETE EXTERNO – Tipo vertical, construído em chapas de aço tratado quimicamente com pin tura epóxi na cor branca. Montado sobre chassi metálico e sapatas niveladoras.</p> <p>GABINETE INTERNO – Construído totalmente em chapa de aço inoxidável dotado de 5 prateleiras ajustáveis e removíveis.</p> <p>ILUMINAÇÃO INTERNA – Através de lâmpadas LED com acionamento automático na abertura da porta, temporizada com acionamento externo com a porta fechada.</p> <p>ISOLAMENTO TÉRMICO – Em poliuretano injetado de alta densidade, com espessura de 70 MM.</p> <p>HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA – Através de ventilador da unidade de ar forçado, com desligamento na abertura da porta.</p> <p>PORTA – De vidro duplo, com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético.</p> <p>REFRIGERAÇÃO - Através de compressor hermético, com circulação de gás ecológico R-134 A isento de CFC, unidade evaporadora aletada tipo “ar forçado”. Sistema de degelo automático seco com evaporação do condensado.</p> <p>PAINEL DE COMANDO - Montado na parte superior da câmara com chave geral, fusíveis de proteção na parte posterior e painel frontal do tipo membrana com teclas soft-touch. Display em LCD com apresentação simultânea das temperaturas de momento, temperaturas mínima e máximas atingidas, ajuste dos parâmetros, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca da energia ou desligamento do equipamento, filtro contra ruídos eletromagnéticos, com apresentação de data e horário. Dotado de sensores tipo NTC.</p> <p>ALARMES - Temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C (ou programável pelo usuário), falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos.</p> <p>FAIXA DE TRABALHO - Entre 2°C e 8°C, com ponto fixo em 4°C, ou programável pelo usuário.</p> <p>DISCADOR - Sistema automático que realiza ligações telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta, para até seis números (celulares ou fixos) sempre que o equipamento alarmar por temperatura CRÍTICA.</p> <p>CAPACIDADE INTERNA - 420 LITROS.</p> <p>DIMENSÕES EXTERNAS - 198 alt X 74 larg X 67,5 prof (cm).</p> <p>DIMENSÕES INTERNAS - 130 alt X 59,5 larg X 54,5 prof (cm).</p> <p>FUNCIONAMENTO - BIVOLT 127/220 VOLTS 50/60 Hz.</p> <p>REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA – 80573310001.</p> <p>GARANTIA - 12 meses.</p>	01	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00
TOTAL			R\$	10.500,00

Biotecno Indústria e Comércio Ltda.

Rua Pirapó, 613 - Bairro Timbaúva - Santa Rosa - RS - CEP 98900-000 CNPJ 04.470.103/0001-76

(55) 3513-0686 (55) 3511-4733 @ biotecno@biotecno.com.br www.biotecno.com.br



CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

PRAZO DE ENVIO:	30 DIAS APÓS RECEBIMENTO DO PEDIDO DE COMPRA.		
PAGAMENTO:	15 DIAS.		
ICMS:	INCLUSOS NOS PREÇOS. ALÍQUOTA VARIÁVEL DE ACORDO COM O ESTADO.	IPI:	0%
GARANTIA:	12 MESES.		
FRETE:	CIF - PAGO	VALIDADE DA PROPOSTA:	90 DIAS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- NCM: 84185090 EX01
- AFE (AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE EMPRESA) FABRICANTE /ANVISA: 727924/09-8
- REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA: 80573310001 - CLASSE DE RISCO II - CÓDIGO 1571145 - REFRIGERADOR OU FREEZER LABORATORIAL/HOSPITALAR
- NOME COMERCIAL: CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBOLÓGICOS, VACINAS, TERMOLÁBEIS, AMOSTRAS BIOLÓGICAS, MEDICAMENTOS, SANGUE, HEMOCOMPONENTES, HEMODERIVADOS, ÓRGÃOS E TECIDOS HUMANOS.
- SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA: ISENTO.
- A BIOTECNO POSSUI ENQUADRAMENTO FISCAL NA MODALIDADE GERAL – LUCRO PRESUMIDO - PERCENTUAL DO ICMS DESTACADO DE ACORDO COM O ESTADO DE DESTINO.

INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO

PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO NÃO HÁ NECESSIDADE DE TÉCNICO ESPECIALIZADO, OS EQUIPAMENTOS SÃO DO TIPO **PLUG & PLAY**, OU SEJA, A TEMPERATURA DE TRABALHO E DEMAIS AJUSTES SÃO PROGRAMADOS CONFORME PADRÃO ANVISA E PASSAM POR UM PERÍODO DE AVALIAÇÃO DE 24 A 48 HORAS ANTES DO ENVIO.

RECOMENDAMOS QUE O LOCAL ONDE O EQUIPAMENTO SERÁ INSTALADO ATENDA AOS PRÉ-REQUISITOS PARA INSTALAÇÃO CONFORME ÀS RECOMENDAÇÕES DO DOCUMENTO **RB-65** (SERÁ ENVIADO EM ANEXO JUNTAMENTE COM AS CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO).

CASO SEJA NECESSARIO, DISPONIBILIZAMOS **SUORTE TÉCNICO ONLINE** EM HORÁRIO COMERCIAL PARA AUXILIAR O USUÁRIO A COLOCAR A CAMARA EM FUNCIONAMENTO.

SE HOUVER INTERESSE EM QUE A INSTALAÇÃO SEJA REALIZADA POR NOSSO SUPORTE TECNICO LOCAL, POR FAVOR CONFIRME COM NOSSO CANAL COMERCIAL PARA QUE SEJA PROGRAMADO.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE

A BIOTECNO DISPONIBILIZA EM SEU SITE WWW.BIOTECNO.COM.BR A RELAÇÃO COMPLETA DE SUA REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA, PREPARADAS PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DENTRO E FORA DO PERÍODO DE GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS.

Sem mais, nos colocamos à sua disposição.

Atenciosamente,

BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ 04.470.103/0001-76 – DEPTO DE VENDAS
GIÃ CARLOS BRIXNER



Biotecno Indústria e Comércio Ltda.

Rua Pirapó, 613 - Bairro Timbaúva - Santa Rosa - RS - CEP 98900-000 CNPJ 04.470.103/0001-76

(55) 3513-0686 (55) 3511-4733 @ biotecno@biotecno.com.br www.biotecno.com.br



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-SECRETARIA DE SAÚDE
SÃO BERNARDO DO CAMPO –SP
AT.Marli Amada de Souza Piccagli
(11) 2630-6232 marli.piccagli@saobernardo.sp.gov.br

PROPOSTA DE PREÇOS: 5620

FOTO ILUSTRATIVA CÂMARA DE CONSERVAÇÃO MARCA FANEM® MODELO 3347



ITEM 01

CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINA MARCA FANEM® MODELO 3347/3

- Câmara de baixa temperatura, desenvolvida para prever um controle preciso da temperatura ambiental no interior da sua câmara e conservação de sangue, vacina, medicamento e reagentes;
- Construída em gabinete tipo vitrine, externamente em chapa de aço tratada e pintada com tinta porcelanizada na cor branca e internamente em aço inoxidável 304;
- Acompanha 07(sete) prateleiras em aço inoxidável;
- Porta de vidro temperado e metalizado, com sistema anti embaçante permitindo visualização da câmara interna, com fecho magnético e guarnição de PVC em todo o perímetro;
- Isolação térmica em poliuretano em todas as paredes;
- Sistema de refrigeração livre de CFC;
- Unidade de refrigeração selada de grande durabilidade para trabalhos contínuos, com resfriamento forçado por ventilador. Sistema que evita acúmulo de gelo, degelo automático com evaporação de condensado.
- Circulação de ar forçado no sentido vertical impulsionado por moto ventilador axial, passando o ar continuo e suavemente pelo elemento resfriador, proporcionando perfeita homogeneidade dentro da câmara e sem provocar vibrações;
- Painel de controle frontal, superior, tipo membrana, onde estão dispostos:

- Controlador eletrônico microprocessado;
- Display em LCD com fundo iluminado com caracteres expandidos para rápida visualização dos parâmetros;
- Equipada com três sensores, sendo um para leitura digital da temperatura, imerso em solução simulando a real temperatura da vacina armazenada, outro diretamente no ar para o controle da temperatura, proporcionando uma rápida resposta do sistema, principalmente da abertura de porta, e um terceiro, ligado ao sistema de segurança, com atuação totalmente independente;
- Menu para multi sensores, que permite visualizar simultaneamente a temperatura em todos os sensores instalados;
- Termômetro digital com subdivisão de leitura de 0,1°C e leitura das temperaturas máxima e mínima diretamente e simultaneamente no mesmo display, que são memorizadas mesmo com o desligamento da câmara e seu reinício manual;
- Teclas do tipo "toque suave" e memória dos valores pré-programados;
- Sistema eletrônico de travamento que evita alterações inadvertidas na programação;
- Filtro contra ruídos eletromagnéticos, provenientes da rede de alimentação elétrica, protegendo o sistema microprocessado;
- Sistema de monitorização de rede, restabelecendo os parâmetros de programação caso ocorra uma variação brusca de energia elétrica;
- Conjunto de segurança analógico que permite a manutenção da temperatura na faixa de +2,5°C a +7,5°C na eventualidade de uma falha no sistema eletrônico microprocessado;
- Indicações visuais, individuais, para refrigeração, termostato de segurança (temperaturas alta e baixa) e alarme inibido;
- Alarmes audiovisuais para porta aberta e para baixa e alta temperatura pré-calibrados respectivamente em +2,0°C e +8,0°C, podendo ser ajustados manualmente em outras temperaturas;
- Teste de alarmes para simulação dos alarmes alta e baixa;
- Tecla para inibir o som dos alarmes, reativando-se automaticamente após 10 minutos;
- Sistema de auto teste de todas as funções;
- Sistema de manutenção de temperatura crítica em caso de falta de energia elétrica, garantido por blocos de material;
- Chave geral tipo disjuntora para proteção da câmara;
- Iluminação de LEDs interna indireta, acionada automaticamente na abertura da porta, temporizada ou manualmente
- Quatro (04) rodízios com freios
- Temperatura de Operação: +4°C memorizada
- Temperatura de Operação: +4°C memorizada
- Capacidade: 420 litros ou 35.000 Doses/Frascos de 5ml
- Alimentação elétrica: 127V ou 220V - a escolher
- Freqüência: 60 Hz
- Procedência Nacional
- Classificação Fiscal 84.19.89.20
- Registro Anvisa 10224620066
- Dimensões Externas: 67,5 x 68,0x 202,1 cm (L x F x A) Referência
- Referência 347.181.700 - 127V (347.154.700) 347.181.800 220V

Valor Unitário R\$ 16.500,00 (Dezesseis mil e quinhentos reais)



FOTO ILUSTRATIVA AGITADOR ORBITAL TIPO KLINE MARCA® FANEM MODELO 255-B

ITEM 02

01 UNIDADE

AGITADOR ORBITAL TIPO KLINE MARCA® FANEM MODELO 255-B

- Agitador para diversas provas laboratoriais, como o teste de V.D.L.R e outros ensaios que necessitam deste tipo de agitação;
- Construído em caixa de aço pintada a pó eletrostático, com plataforma reforçada, com proteção por manta de borracha frisada e mola conjugada que permite fixar frascos de volume recomendado até 5 litros evitando deslizamento.
- Velocidade ajustável de 70 a 210 RPM, com variação de +/-10%, através de termostato eletrônico de estado sólido, (oscilações orbitais por minuto) com deslocamento orbital de 25 mm;
- Estrutura montada sobre pés tipo ventosa em silicone de alta resistência e durabilidade;
- Incorporado controle de tempo de processo através de relógio eletrônico com ajuste por chave digital para até 60 minutos de processo, desligando automaticamente a agitação ao final do tempo selecionado.
- Atuado por botões de partida (ARMAR) e parada (DESARMAR);
- Comandos dispostos em painel frontal gravado em policarbonato adesivo;
- Potência: 250 Watts;
- Dimensões da plataforma: 28x28cm
- Registro ANVISA: Produto não correlato
- Procedência: Nacional
- Referência: 255.002.700 127V 255.002.800 220V

Valor Unitário R\$2.950,00 (Dois mil novecentos e cinquenta reais)



FOTO ILUSTRATIVA CENTRÍFUGA MODELO EXCELSA i 2206

ITEM 03

02 UNIDADES

CENTRÍFUGA DE MESA MARCA FANEM® MODELO EXCELSA i 2206

- Equipamento destinado para realizar diversos métodos de centrifugação e diferentes materiais em tubos de ensaio com volume variado;
- Atende às normas Internacionais de Segurança IEC 61010-1 e IEC 61010-20;
- Construída em carcaça injetada de alto impacto, com proteção interna em chapa de aço com tratamento anti ferrugem e pintura epóxi de alta resistência, leve e compacta;
- Tampa superior com proteção interna de chapa de alumínio e trava dupla e acionamento elétrico para abertura, por comando manual do painel, através da tecla de tampa.
- Visor em acrílico na tampa para leitura e calibração da rotação;
- Dispositivo para abertura manual no caso de falta de energia elétrica;

Alameda Terracota, 185. Conjunto 724 – Cerâmica- São Caetano do Sul – SP CEP 09531-190 E-mail

comercial2@proneo.com.br Site **www.proneo.com.br** Fone **11 3996-6742**

- Painel frontal superior com display de cristal líquido (LCD) com teclado “touch”, com fundo iluminado. Indicando visual no display da rotação, força G, tempo de processo, tipo de cruzeta, número do programa, status da tampa aberta ou fechada, rampas aceleração e frenagem, final de processo e informações de alarmes audiovisuais.
- Dispositivo de segurança que não permite o funcionamento com a tampa aberta, assim como, impede que seja aberta quando em processo;
- Controle eletrônico microprocessado que controla a rotação, FCR (g), tempo, curva/rampas de aceleração e frenagem, demais sistemas;
- Permite o usuário uma rápida rotação, através da tecla Hold, localizada no teclado do equipamento;
- Possibilita o ajuste pela força G ou pela rotação em rpm;
- Sistema de segurança com indicações no display para desequilíbrio de cruzeta através da tecnologia por acelerômetro e tampa aberta;
- Seleção da cruzeta utilizada diretamente no painel, através da tecla de programação, garantindo os limites de rotação para cada tipo de acessório que podem variar de 3 à 100ml;
- Apresenta 10 programas completos de trabalho, com variação de tempo, rotação, força G, tipo de cruzeta e rampas;
- Painel traseiro contendo chave geral e fusíveis de proteção;
- Sistema de motor trifásico, “brushless” sem escovas, rolamento blindado de alta durabilidade, altamente robusto e acionado por sistema de inversor de frequência, que proporciona alta estabilidade da rotação com baixo nível de ruído;
- Velocidade: 300 a 5000 rpm, dependendo do tipo de cruzeta;
- Ajuste de aceleração e frenagem de 10 a 240 segundos, totalmente independentes;
- Temporizador selecionável até 24 horas com intervalos de 1 segundo;
- Dimensões (LxFxA): 38,0x49,5x33,0cm;
- Peso líquido: 16Kg
- Ruído: Inferior a 65dBA
- Frequência: 60Hz
- Potência: 300W
- Alimentação: 127/220V (Bivolt);
- Procedência: Nacional
- Registro/Cadastramento ANVISA:10224629054
- Referência: 206.211.900

Acompanha:

Cruzeta Horizontal em alumínio de alta resistência, com capacidade para 28 tubos de 10ml.

Rotação máxima até 3.600rpm

FCR máxima até 2.246g

Valor Unitário R\$9.380,00 (Nove mil trezentos e oitenta reais)

Valor Total R\$ 18.760,00 (Dezoito mil setecentos e sessenta reais)

Valor Total da Proposta R\$ 38.210,00 (Trinta e oito mil duzentos e dez reais)

Pagamento: 30 dias

Validade da Proposta: 60 dias

Prazo de Entrega: 30 dias

IPI/Frete Inclusos

Garantia de 12 Meses

Assistência Técnica Permanente

PRO NEO COMERCIAL LTDA

CNPJ 09.411.953/0001-17

São Caetano do Sul, 22 de julho de 2020

Vanderlei F Soeiro



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Centro Colaborador de Cuidados Farmacêuticos

Setor: Serviço sem setor

Ambiente: Almojarifado

Equipamento: Câmara para Conservação de Imunobiológicos

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ R\$ 18.876,00

CAPACIDADE E QUANTIDADE/CONTRA PORTA/SISTEMA DE EMERGÊNCIA E DE REGISTRO DE DADOS: DE 120 A 300 LITROS E 2 A 5 GAVETAS OU PRATELEIRAS/POSSUI/POSSUI E POSSUI MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE INTERNO): AÇO INOXIDÁVEL 304 TEMPERATURA: ENTRE +2°C E +8°C CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO: POSSUI SENSORES INTERNOS: POSSUI DISCADOR DE EMERGÊNCIA: POSSUI

SIGEM

	FOLHA DE INFORMAÇÃO			Processo			Rubrica
				Número	Exercício	Folha	
	1688	2020					

TERMO DE APROVAÇÃO

CONTRATADA: BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – CNPJ/MF: 04.470.103/0001-76

OBJETO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE TESTES COVID-19, TIPO CAMARA VERTICAL PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA, PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA COVID-19

VALOR: R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais);

FUNDAMENTO: Dispensa de Licitação, com fulcro no artigo 4º da lei federal nº 13.979/20, no Decreto Municipal nº 21.116, de 24 de março de 2020 e Decreto Municipal nº 21.111 de 17 de março de 2020.

Tendo em vista as instruções constantes nos autos e, uma vez concluídas as formalidades preconizadas pela legislação vigente, fulcro no artigo 4º da lei federal nº 13.979/20, Decreto Municipal nº 21.116, de 24 de março de 2020 e Decreto Municipal nº 21.111 de 17 de março de 2020, decido por:

APROVAR despesa no valor total de **R\$ 10.500,00** (dez mil e quinhentos reais), em favor da empresa: **BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – **CNPJ/MF** sob o número: **04.470.103/0001-76**.

Encaminhamos o presente expediente para a vossa análise e deliberação em relação aos seguintes atos:

- 1) **ADJUDICAÇÃO** do objeto à empresa **BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ/MF, sob o número **04.470.103/0001-76**;
- 2) **RATIFICAÇÃO** da dispensa de licitação, e,
- 3) **HOMOLOGAÇÃO** desse procedimento de dispensa de licitação.

SS-6, em ____/____/____.

DAMIÃO AMARAL DA SILVA

Diretor do Departamento de Administração da Saúde – SS-6.

	FOLHA DE INFORMAÇÃO			Processo			Rubrica
	Número	Exercício	Folha				
	1688	2020					

TERMO DE ADJUDICAÇÃO, RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

CONTRATADA: BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – CNPJ/MF: 04.407.103/0001-76

OBJETO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE TESTES COVID-19, CAMARA VERTICAL, PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA COVID-19

VALOR: \$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais);

FUNDAMENTO: Dispensa de Licitação, com fulcro no artigo 4º da lei federal nº 13.979/20, no Decreto Municipal nº 21.116, de 24 de março de 2020 e Decreto Municipal nº 21.111 de 17 de março de 2020.

Tendo em vista as instruções constantes nos autos, das providências e justificativas e, uma vez concluídas as formalidades preconizadas pela legislação vigente, considerando o parecer da Assessoria Jurídica do GSS e, fulcro no artigo 4º da lei federal nº 13.979/20, Decreto Municipal nº 21.116, de 24 de março de 2020 e Decreto Municipal nº 21.111 de 17 de março de 2020, decido por:

ADJUDICAR o objeto à empresa vencedora: **BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ/MF, sob o número 04.407.103/0001-76, no montante total de **R\$ 10.500,00** (dez mil e quinhentos reais);

RATIFICO a dispensa de licitação, conforme preconizado no caput do artigo 26, da Lei Federal nº 8666/93 e suas atualizações, bem como no Decreto Municipal nº 21.116, de 24 de março de 2020.

HOMOLOGAR o certame conforme consignado nas instruções contidas nesse processo bem como na Manifestação da Assessoria Jurídica de fls. 120/130.

DETERMINO que sejam adotadas todas as demais providências visando a formalização dessa contratação, obedecendo-se os trâmites administrativos adequados e todas as cautelas legais.

GSS, ____/____/____.

GERALDO REPLE SOBRINHO
Secretário de Saúde



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Av. Kennedy, n 1.100 - Bairro Anchieta - São Bernardo do Campo - SP - CEP 09726-253

CNPJ: 46.523.239/0001-47 Ins.Estadual: Isento Tels 2630-5516, 2630-5517 e 2630-5518 Email: empenho.af@saobernardo.sp.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - A.F. 02809/2020

PROCESSO - 01688/2020

Folha 1

Razão Social BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CNPJ/CPF 04.470.103/0001-76	Codigo 32654
--	--------------------------------	-----------------

Endereço
RUA PIRAPO, 000613
TIMBAUVA SANTA ROSA RS

CEP 98900000	Telefone 055- 35130686 / 35114733
-----------------	--------------------------------------

Email
licita@biotecno.com.br;

Conta Bancária

Banco 001	Agencia 0339	Nr.Conta 021986-X
--------------	-----------------	----------------------

OBJETO

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total
1	1	PECA	30 DIAS	10.500,00	10.500,00

7F-055-01-045/6 GRUPO/CLASSE: 65/56 CAMARA VERTICAL PARA CONSERVACAO DE VACINAS, PORTA TIPO CEGA, CAPACIDADE INTERNA MINIMA DE 420 LITROS VOLTAGEM 127VOLTS, COM ATÉ 7 (SETE) GAVETAS INDIVI DUAIS E COM TAMPAS, COM TRILHOS DESLIZANDES, ISOLA CAO TERMICA EM POLIURETANO EM TODAS AS PAREDES,RE- FRIGERACAO PARA USO EM BAIXAS, TEMPERATURAS LIVRE DE CFC,PAINEL DE CONTROLE FRONTAL,CONTROLADOR ELE- TRONICO, MICROPROCESSADOR PRE-CALIBRADO EM 5°C , COM LEITURA DIGITAL DE TEMPERATURA E SENSORES INDEPENDENTES PARA LEITURA, ALARME AUDIOVISUAL DE TEMPERATURA EM 8°C OU MAIOR OU IGUAL AO PROGRA- MADO, EM 2°C MAIOR OU IGUAL AO PROGRAMADO E DE POR TA ABERTA MAIOR OU IGUAL QUE UM MINUTO, KIT FALTA DE ENERGIA,COR BRANCA,COM CERTIFICACAO DE BOAS PRA TICAS DE FABRICACAO. * **GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. OFERECE MODELO BT 1100.420 VC REGISTRO ANVISA: 80573310001

MARCA: BIOTECNO

Considerações Gerais

- DAS CONDICOES GERAIS: 1 - DO RECEBIMENTO/CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF): 1.1 - A(S) AUTORIZAÇÃO(ÕES) DE FORNECIMENTO(AF) SE RÁ(AO) ENCAMINHADA(S) ATRAVÉS DE E-MAIL OU, NA FAL TA DESTE, ATRAVES DE FAX, CONSTANTES NO CADASTRO DE FORNECEDORES DESTA PREFEITURA, CABENDO AS EMPRE SAS MANTEREM OS DADOS CADASTRAIS (TELEFONE, FAX, E-MAIL, ETC) DEVIDAMENTE ATUALIZADOS, SOB SUA EX- CLUSIVA RESPONSABILIDADE; 1.2 - SALVO MOTIVO DE FORÇA MAIOR, PLENAMENTE JUS- TIFICADO A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF) PODERÁ SER CANCELADA, A JUIZO DO MUNICIPIO DE SÃO BERNAR- DO DO CAMPO, NOS SEGUINTE CASOS: 1.2.1 - RECUSA DA ADJUDICATÁRIA, SEM A DEVIDA JUS- TIFICATIVA, EM ACEITAR A AUTORIZAÇÃO DE FORNECI- MENTO (AF). 1.2.2 - INADIMPLENCIA PARCIAL OU TOTAL DAS CONDI- ÇÕES ESTABELECIDAS NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF). 2 - DAS PENALIDADES: 2.1 - A CONTRATADA ESTARA SUJEITA AS SEGUINTE PE- NALIDADES: A - MULTA DE 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR ESTIMA DO DO FORNECIMENTO, NA RECUSA DA ADJUDICATÁRIA EM RECEBER A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO; B - MULTA DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ADJUDICADO, POR INEXECUCAO TOTAL DO FORNECIMENTO; C - MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) POR INEXECUCAO PARCIAL DO CONTRATO, SOBRE A PARCELA INEXECUTADA, PODENDO O MUNICIPIO AUTORIZAR A CONTINUAÇÃO DO MESMO; D - MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DO FATU- RAMENTO DO MES EM QUE OCORRER A INFRAÇÃO, SE O PRO DUTO/SERVIÇO APRESENTADO FOR DE MÁ QUALIDADE OU EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PROPOSTAS E ACEI- TAS PELA MUNICIPALIDADE; E - MULTA DE 1% (UM POR CENTO) POR DIA DE ATRASO NA ENTREGA/EXECUÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO, ATE O LI- MITE DE 10% DO VALOR DO FATURAMENTO, PODENDO SER CONSIDERADO RESCINDIDO O CONTRATO APÓS ESTE PRAZO. F - MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO DOCUMENTO FISCAL APRESENTADO PARA FINS DE PAGAMEN- TO, CASO A CONTRATADA NÃO ENTREGUAR TODA A DOCUMEN TAÇÃO FISCAL, COMPROVANDO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA. 2.1.1 - AS MULTAS SÃO INDEPENDENTES ENTRE SI. A APLICAÇÃO DE UMA NÃO EXCLUI A DAS OUTRAS, BEM COMO A DAS DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS EM LEI. 2.1.2 - O VALOR RELATIVO AS MULTAS EVENTUALMENTE APLICADAS SERÁ DEDUZIDO DE PAGAMENTOS QUE O MUNICÍ PIO EFETUAR, MEDIANTE A EMISSÃO DA GUIA DE ARRECA- DAÇÃO MUNICIPAL -GAM. SE NÃO EFETUADO O PAGAMENTO, SERÁ O VALOR INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA PARA COBRAN- ÇA JUDICIAL. 2.1.3 -A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA AINDA AS PENA- LIDADES PREVISTAS NOS ARTIGOS 86 A 88 DA LEI FEDE- RAL N. 8666/93 E ALTERAÇÕES.

Total	Valor R\$
DEZ MIL E QUINHENTOS REAIS	10.500,00

**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**

Av. Kennedy, n 1.100 - Bairro Anchieta - São Bernardo do Campo - SP - CEP 09726-253

CNPJ: 46.523.239/0001-47 Ins.Estadual: Isento Tels 2630-5516, 2630-5517 e 2630-5518 Email: empenho.af@saobernardo.sp.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - A.F. 02809/2020**PROCESSO - 01688/2020****Folha 2**Garantia
12 MESES

Cond.Pgto	Destino	Licitação	Data Emissão	Processo	Apartado
15DFQ	SS-62	CO 00314/2020	23/09/2020	01688/2020	

Local de entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL - DIVISÃO DE MATERIAIS (SA-22) - * AV. SENADOR VERGUEIRO, 1.751 - PQ SÃO DIOGO - S.B.C. ** HORÁRIO RECEB: 8h às 11h e das 13h às 16h ** Almot. MEDICAMENTO, HOSPIT., ODONT.: 2630-5588 * CONSTRUÇÃO e ELÉTRICA: 2630-5565 * PAPELARIA e MAT. ESCRITÓRIO: 2630-5575 * COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE: 2630-5579 * MÓVEIS, ELETRO/ELETRÔNICO (Patrimônio): 2630-5552.

Condição de Entrega

ENTREGA UNICA

CLÁUDIO SILVA
DIRETOR DE DIVISÃO-SA-21
DEPARTAMENTO DE LICITACOES E MATERIAIS

ATENÇÃO

SR. FORNECEDOR: ESSA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - AF SOMENTE É
VALIDA QUANDO ACOMPANHADA DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO - N.E.

Informacoes Adicionais

1. Mencionar na Nota Fiscal o numero desta Autorizacao de Fornecimento e do Processo de Contratacao;
2. A empresa sujeita-se as multas previstas no Edital;
3. Em nenhuma hipotese serao aceitos titulos via cobranca bancaria
4. A Contratada, recebendo esta Autorizacao de Fornecimento declara sob as penas da lei nao possuir debitos com a seguridade social.
5. A Contratada devera entregar a documentacao fiscal acompanhada de Certidões comprobatórias de Regularidade Fiscal e Trabalhista, todas dentro do prazo de validade nelas assinaladas, sob pena de aplicacao de penalidades, conforme descrito em edital.



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

NOTA DE EMPENHO: 12109/2020

Folha 1

Processo						Folha	Rubrica
Tipo PC	Sigla	Número 1.688	Exercício 2020	A/P	AF 02809/2020		

Interessado BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						CNPJ 04.470.103/0001-76	Código 32654
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	------------------------

Dados do Empenho							
Tipo ORDINÁRIO	Regime NORMAL	Contra Entrega Liq.		Modalidade DISPENSA CO 00314/2020			

Cronograma de Desembolso OUT 10.500,00
--

Histórico
 AQUISICAO DE CAMARA VERTICAL PARA CONSERVACAO DE VACINAS. FUNCAO DE ARMAZENAR AMOSTRAS BIOLOGICAS UTILIZADAS PARA REALIZACAO DE SOROLOGIA DE COVID-19, ASSIM COMO OS INSUMOS PARA DIAGNOSTICO. DECRETO MUNICIPAL 21.116/2020 E DECRETO MUNICIPAL 21.117/2020. PC1688/2020,AF:2809/2020

Dados Orçamentários		
Dotação 09.090.4.4.90.52.00.10.122.0030.1175.02	Código Reduzido 1984-5	Reserva 02473 T

Projeto/Atividade 7123/2020	Cód. de Aplicação 312-00002	Rec.Financeiro SSACOES	Sub Elemento 08	Descrição APARELHOS EQUIPAMENTOS UTENSILIOS MEDICO-ODONTOLOGICO LABORATORIAL E HOSPITALAR
Valor Empenhado 10.500,00		Saldo Até a Data 1.460.459,00		Saldo 1.549.500,00

Dados Ordenação de Despesa		
Unidade Ordenadora GSS	Código do Ordenador 0903	Nome do Ordenador EDSON MASSAMORI NAKAZONE

REIMPRESSÃO

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 28 de SETEMBRO de 2020

Emitido por SF.322-1
 VERONICA LEOPOLDINA DA SILVA GALUPPO
 Matrícula: 044882

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANTONIO CARLOS ANTONIASSI. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo> e informe o processo PC.001688/2020-71 e o código P15UJ57EK.